

THRIVE



もみとたたき、包み込むエアバッグで、コリをほぐす。

くつろぎ指定席
マッサージチェア CHD-9220





お好みで選べる、5種類の自動マッサージと手動マッサージ。

THRIVE
スライヴ

自動マッサージ・全身 / 部分

施術部を効果的にマッサージするようにあらかじめ設定された5種類のコースから選べます。

自動マッサージ・全身

- しっかり** 背中全体を自動でマッサージ。(たたき動作多め)
- ソフト** 背中全体を自動でマッサージ。(たたき動作少なめ)
- ストレッチ** 背すじを中心に自動でマッサージ。

自動マッサージ・部分

- 肩** 肩を中心に自動でマッサージ。
- 腰** 腰を中心に自動でマッサージ。

手動マッサージ・背

背すじマッサージ(もみ、たたき、もみたたき、背すじ全体、背すじ部分)の単独、複合動作が選べます。

単独動作(ひとつの動作)

- もみ たたき もみたたき 背すじ全体 背すじ部分

複合動作(ふたつの動作)

- もみ + 背すじ全体
- もみ + 背すじ部分
- たたき + 背すじ全体
- たたき + 背すじ部分
- もみたたき + 背すじ全体
- もみたたき + 背すじ部分

- 肩位置の設定: もみ玉の位置を5段階から選択できます。
- 幅調節: もみ玉の左右の幅を無段階に調節できます。
- もみ玉上下調節: もみ玉の位置を上下調節できます。
- オートタイマー: 動作開始から約15分で自動的に止まります。



くつろぎ指定席
マッサージチェア CHD-9220

部位選択

肩から腰のエアーバッグ、脚のモミボードを単独動作、複合動作に切り替えてマッサージを行います。

- ① 肩 ② 腕 ③ おしり・太もも
- ④ 脚・速 ⑤ 脚・遅

エアーバッグが加圧、減圧をくり返しながらかマッサージ。
モミボードが、ふくらはぎと足、足裏ローラーが足裏をマッサージします。

電動リクライニング



リクライニング角度は約115°~約145°の間で調節できます。



(BK)ブラック



仕様

- 販売名: マッサージチェアCHD-9220 ●医療機器認証番号: 303AKBZX00047000 ●医療機器の種類: 管理医療機器 ●一般的な名称: 家庭用電気マッサージ器 ●定格: AC100V50/60Hz 71W ●定格時間: 20分 ●オートタイマー: 約15分 ●肩位置調節: 5段階 ●もみ玉調節: 無段階 ●もみ回数(背面): 約22回/分 ●たたき回数(背面): 約330回/分 ●背すじ全体速さ(往復): 約80秒 ●背すじ全体移動距離(最長): 約70cm ●背すじ部分移動距離: 約10cm ●脚もみ回数: 速: 約12回/分 遅: 約8回/分 ●エアーマッサージ空気圧: 80kPa以下 ●質量: 約44kg ●電源コード長さ: 約2m ●張地: 合成皮革、ポリエステル ●付属品: ヘッドレスト、ひじ掛けパネル、座クッション ●製造販売元: 大東電機工業株式会社 〒577-0026大阪府東大阪市新家東町2-38 ●医療機器製造販売業許可番号: 27B2X00055 ●JANコード: (BK)ブラック 4975287608835 ●オープン価格(価格は販売店にお問い合わせください)

- 使用目的または効果: あんま・マッサージの代用
- 一般家庭で使用するこ: 疲労回復・血行をよくする・筋肉の疲れをとる・筋肉のこりをほぐす・神経痛、筋肉痛の痛みの緩解

外形寸法

- 背もたれ/フットレスト 収納状態: 幅 約77cm
- 背もたれ/フットレスト 出した状態: 奥行 約110cm
- 高さ: 約105cm
- 奥行: 約165cm
- 高さ: 約78cm

電気代の目安(月): 57円(1日1時間使用)新電力料金目安単価27円/kWh(税込)で計算(当社調べ)

- 開梱時本体: 51.5cm x 59cm x 103cm
- 梱包時1台箱: 幅 約63cm x 奥行 約107cm x 高さ 約67cm

ひじ掛けパネルが外れた状態で梱包されていますので、スムーズな搬入が可能です。設置場所までの搬入経路をご確認ください。

安全上のご注意 ご使用前に取扱説明書をお読みのうえ、正しくお使いください。 医師の治療を受けているときや次の人は必ず医師に相談のうえ使用する。 ●ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人 ●悪性腫瘍のある人 ●心臓に障害のある人 ●妊娠中や出産直後の人 ●糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人 ●皮膚に創傷のある人 ●安静を必要とする人 ●体温38℃以上の有熱期にある人(倦怠感、悪寒、血圧変動など急性炎症症状の強い時期や衰弱しているときなど) ●骨粗しょう症の人、脊椎の骨折、捻挫、肉離れなど、急性[疼痛性]疾患の人 ●背骨に異常がある人、曲がっている人 ●けいれん(痙攣)炎の人 ●かつて治療を受けたところ、または疾患部へ使用する人 ●その他医療機関で治療中の人 ●事故や体調不良の原因になります。使用前に必ずマッサージ機構部の張地が破れていないか確認する。その他の部分にも破れがないか確認する(どんなに小さな破れでもただちに使用を中止し、電源プラグを抜き、修理を依頼してください)。●けがや感電の原因になります。 次の人は使用しない。 医師からマッサージを禁じられている人。(例: 血栓(塞栓)症、重度の動脈粥状(瘤)、急性静脈(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症[皮下組織の炎症を含む]など) ●症状が悪化する原因になります。 次のようなときは使用しない。 ●疲労が激しいとき ●酒に酔っているとき ●湿疹が生じているとき ●体調不良をおこす原因になります。 乳幼児や自分で意思表示できない人に使わせない。安全に責任を負う人の監督または指示がない限り、子供や補助を必要とする人に使わせない。 ●事故やけがの原因になります。 機器が故障した場合は、勝手に修理せず、お買い上げ販売店またはお客様相談センターに連絡してください。

お求めは当店どうぞ……

製造販売元
大東電機工業株式会社
〒577-0026 大阪府東大阪市新家東町2番38号
お問い合わせは お客様ご相談センター
受付 9:00~17:00(祝日を除く、月~金)
ナビダイヤル **0570-064-762**

一般電話からは市内通話料金でご利用いただけます。
オフィシャルサイト
daito-thrive.co.jp
QRからモバイルサイトへどうぞ



表示を正しく
家電取組協会
当社は、適正な表示を
推進しています。